

ALCOOMÈTRES

ALCOHOLOMETERS

La directive du conseil 76/765/CEE, qui exigeait le contrôle par un laboratoire officiel pour les Alcoomètres de précision, a été abrogée par la nouvelle directive 2011/17/UE.

Council Directive 76/765/CEE, which required the control of precision Alcoholometers, was revoked in 2011 by Directive 2011/17/UE.

HAUTE PRÉCISION HIGH PRECISION

Réf Item	Amplitude % Vol. range % Vol.	Div. %Vol.	± Tolérance ± Accuracy	± mm
AL0/10	0-10	0.1	0.1	335
AL10/20	10-20	0.1	0.1	335
AL20/30	20-30	0.1	0.1	335
AL30/40	30-40	0.1	0.1	335
AL40/50	40-50	0.1	0.1	335
AL50/60	50-60	0.1	0.1	335
AL60/70	60-70	0.1	0.1	335
AL70/80	70-80	0.1	0.1	335
AL80/90	80-90	0.1	0.1	335
AL90/100	90-100	0.1	0.1	335

ALCOOMÈTRES ISO 4801

Selon OIML R44 NF B 35-515 - Série 0.1% Vol. d'Éthanol à 20°C - Systématiquement livrés avec Certificat de Vérification individuel

ISO 4801 ALCOHOLOMETERS

According to OIML R44 - NF B 35-515 - 0.1 % Vol. Series - 20°C Systematically delivered with Individual Verification Certificate

EU

Sur demande livrables avec un Certificat d'Étalonnage Traçable - Application des tables alcoométriques internationales selon la recommandation R22.

Traceable Calibration Certificate upon request - Application of international alcohol tables according to recommendation R22.

ALCOOMÈTRES SELON OIML R44

Série décalée 0.1 % Vol. d'Éthanol - 20°C - Systématiquement livrés avec Certificat de Vérification individuel

OIML R44 ALCOHOLOMETERS

0.1% Vol. Staggered series - 20°C - Systematically delivered with Individual Verification Certificate

Réf Item	Amplitude % Vol. range % Vol.	Div. %Vol.	± Tolérance ± Accuracy	± mm
AL5/15	5-15	0.1	0.1	335
AL6/16	6-16	0.1	0.1	335
AL9/16	9-16	0.1	0.1	335
AL11/18	11-18	0.1	0.1	335
AL15/22	15-22	0.1	0.1	335
AL25/35	25-35	0.1	0.1	335
AL35/45	35-45	0.1	0.1	335
AL45/55	45-55	0.1	0.1	335
AL55/65	55-65	0.1	0.1	335
AL65/75	65-75	0.1	0.1	335
AL75/85	75-85	0.1	0.1	335
AL85/95	85-95	0.1	0.1	335
AL95/103	95-103	0.1	0.1	335

AVEC THERMOMÈTRE WITH THERMOMETER

Réf Item	Amplitude % Vol. range % Vol.	Div. %Vol.	± Tolérance ± Accuracy	± mm
AL0/10THP	0-10	0.1	0.1	370
AL10/20THP	10-20	0.1	0.1	370
AL20/30THP	20-30	0.1	0.1	370
AL30/40THP	30-40	0.1	0.1	370
AL40/50THP	40-50	0.1	0.1	370
AL50/60THP	50-60	0.1	0.1	370
AL60/70THP	60-70	0.1	0.1	370
AL70/80THP	70-80	0.1	0.1	370
AL80/90THP	80-90	0.1	0.1	370

ALCOOMÈTRES AVEC THERMOMÈTRE
0+40°C : 1°C LR - Systématiquement livrés avec Certificat de Conformité.

ALCOHOLOMETERS WITH THERMOMETER

0+40°C : 1°C LR - Systematically delivered with Individual Conformity Certificate