

CHERCHEURS

RANGE FINDER

Systématiquement livrés avec un Certificat de Conformité.

Systematically delivered with a Conformity Certificate.



ALCOOMÈTRES CHERCHEURS

Température d'étalonnage 20°C - Lecture en dessous du ménisque.

RANGE FINDER ALCOHOLOMETERS
Calibration temperature 20°C - Reading below meniscus

Réf Item	Amplitude	Unité Scale	Div.	± Tolérance ± Accuracy	± mm
AL0/100	0-100	Tralles/Richter	1	1	360
AL0/35	0-35	%Vol.	0.5	0.5	320
AL35/70	35-70	%Vol.	0.5	0.5	320
AL70/100	70-100	%Vol.	0.5	0.5	320